

PREGÃO ELETRÔNICO DLO.00028.2020**ESCLARECIMENTO - DPM DIAGNOSTICA**Questionamento:

Estamos analisando seu edital de licitação referente ao processo nº DLO.00028.2020 referente a testes rápidos para detecção de anticorpo igg e igm antisars-cov-2.

Neste edital vocês estão solicitando o prazo de validade de pelo menos 12 meses.

Nosso produto sai da fábrica com validade de 12 meses, mas é um produto importado e temos todos os tramites de importação e transporte até que o material chegue ao Brasil. Sendo assim, o estoque que temos no Brasil já possui validade inferior aos 12 meses solicitados por vocês.

Só teríamos como cotar e realizar a entrega do produto com entre 8/6 meses de validade, nestas condições o material atenderia a vocês??

RESPOSTA CEPEL:

Conforme análise no pleito do fornecedor e em se tratando de produto importado com todos os tramites de importação e transporte até que o material chegue ao Brasil e com entrega para 5 dias.

Estamos de acordo que o produto tenha validade de no mínimo 6 (seis) meses a partir da data de entrega no CEPEL, desde que atenda a todas as características e especificações técnicas citadas no Edital e principalmente tenha o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

Gustavo Ferreira Muniz Pinto
Pregoeiro
Departamento de Logística e Operações - DLO